Eichamt des Landes Bremen

Local Verification Office of Bremen

Freie Hansestadt Bremen

DIE BEI DEN MESSUNGEN VERWENDETEN NORMALE SIND AUF DIE NATIONALEN NORMALE BEI DER PHYSIKALISCH-TECHNISCHEN BUNDESANSTALT RÜCKGEFÜHRT.
THE STANDARDS USED FOR THE MEASUREMENTS ARE TRACEABLE TO THE NATIONAL STANDARDS AT THE PHYSIKALISCH-TECHNISCHE BUNDESANSTALT.

Prüfschein

Test certificate

Nummer *Number*	HB-25-01303
Gegenstand *Object*	M1-20-kg-Gebrauchsnormale zum Prüfen von Waagen der Genauigkeitsklasse III Bauform: Block, Mietgewichte
Identifikation *Identification*	PM08_6555 bis 6557, 6559 bis 6564, 6568, 6575 bis 6582 31_88
Hersteller *Manufacturer*	-
Antragsteller *Applicant*	Eichamt Bremen Häschenstraße 14 28199 Bremen
Prüfverfahren *Test procedure*	Der konventionelle Wägewert wurde durch Vergleich mit den Bezugsnormal-Gewichtstück(en) PM08_400822_11B nach Abschnitt 6 der „Gesetzliches Messwesen – Prüfanweisung für Gewichtstücke (GM-P 2.1)“ mittels Substitutionswägemethode bestimmt.
Ergebnis *Result*	Der o. a. Gegenstand entspricht den Anforderungen des Abschnittes 4 der „Gesetzliches Messwesen – Prüfanweisung für nichtselbsttätige Waagen (GM-P 2.3 NSW).
Anzahl der Seiten *Number of pages*	1
Ort und Datum der Prüfung *Place and date of testing*	Bremen, 21.07.2025

Gültigkeit der Prüfung bis **20.07.2026**
The test is valid until

Prüfzeichen
Marking
HB D ☆ **25**

Dieser Prüfschein darf nur unverändert weiterverbreitet werden.
This test certificate may only be reproduced in unchanged form.

Ort und Datum
Place and date

Bremen, 30.07.2025

Dienstsiegel
Official stamp

Freie Hansestadt Bremen · EICHAMT BREMEN · 1

Im Auftrag
On behalf of

Kupka

Stand: 05.04.2024 / V.04 / PS_Gewichte