



DIE BEI DEN MESSUNGEN VERWENDETEN NORMALE SIND AUF DIE NATIONALEN NORMALE BEI DER PHYSIKALISCH-TECHNISCHEN BUNDESANSTALT RÜCKGEFÜHRT.  
THE STANDARDS USED FOR THE MEASUREMENTS ARE TRACEABLE TO THE NATIONAL STANDARDS AT THE PHYSIKALISCH-TECHNISCHE BUNDESANSTALT.

## Prüfschein

Test certificate



### Nummer

Number

HB-25-01700

### Gegenstand

Object

M1-20-kg-Gebrauchsnormale  
zum Prüfen von Waagen der Genauigkeitsklasse III  
Bauform: Blockgewicht  
Mietgewichte

### Identifikation

Identification

PM08\_6595 bis 6599, 6600 bis 6611 31\_88

### Hersteller

Manufacturer

-

### Antragsteller

Applicant

Eichamt Bremen  
Häschenstraße 14  
28199 Bremen

### Prüfverfahren

Test procedure

Der konventionelle Wägewert wurde durch Vergleich mit den Bezugsnormale-Gewichtstück(en) PM08\_400822\_11B nach Abschnitt 6 der „Gesetzliches Messwesen – Prüfanweisung für Gewichtstücke (GM-P 2.1)“ mittels Substitutionswägemethode bestimmt.

### Ergebnis

Result

Der o. a. Gegenstand entspricht den Anforderungen des Abschnittes 4 der „Gesetzliches Messwesen – Prüfanweisung für nichtselbsttätige Waagen (GM-P 2.3 NSW).“

### Anzahl der Seiten

Number of pages

1

### Ort und Datum der Prüfung

Place and date of testing

Bremen, 21.07.2025

### Gültigkeit der Prüfung bis

The test is valid until

20.07.2026

### Prüfzeichen

Marking



25

Dieser Prüfschein darf nur unverändert weiterverbreitet werden.

This test certificate may only be reproduced in unchanged form.

### Ort und Datum

Place and date

Bremen, 08.10.2025



### Im Auftrag

On behalf of

Kupka