Eichamt des Landes Bremen
Local Verification Office of Bremen

Freie Hansestadt Bremen

DIE BEI DEN MESSUNGEN VERWENDETEN NORMALE SIND AUF DIE NATIONALEN NORMALE BEI DER PHYSIKALISCH-TECHNISCHEN BUNDESANSTALT RÜCKGEFÜHRT.
THE STANDARDS USED FOR THE MEASUREMENTS ARE TRACEABLE TO THE NATIONAL STANDARDS AT THE PHYSIKALISCH-TECHNISCHE BUNDESANSTALT.

Prüfschein
Test certificate

Nummer *Number*	HB-25-01243
Gegenstand *Object*	M1-50-kg-Gebrauchsnormale zum Prüfen von Waagen der Genauigkeitsklasse III Sonderbauform: Gestell groß (Mietgewichte)
Identifikation *Identification*	PM08_6370, 6371, 6376 31_88
Hersteller *Manufacturer*	-
Antragsteller *Applicant*	Eichamt Bremen Häschenstraße 14 28199 Bremen
Prüfverfahren *Test procedure*	Der konventionelle Wägewert wurde durch Vergleich mit den Bezugsnormal-Gewichtstück(en) PM08_400122_11A nach Abschnitt 6 der „Gesetzliches Messwesen – Prüfanweisung für Gewichtstücke (GM-P 2.1)“ mittels Substitutionswägemethode bestimmt.
Ergebnis *Result*	Der o. a. Gegenstand entspricht den Anforderungen des Abschnittes 4 der „Gesetzliches Messwesen – Prüfanweisung für nichtselbsttätige Waagen (GM-P 2.3 NSW).
Anzahl der Seiten *Number of pages*	1
Ort und Datum der Prüfung *Place and date of testing*	Bremen, 10.07.2025

Gültigkeit der Prüfung bis *The test is valid until* **09.07.2026**

Prüfzeichen *Marking* HB D ✡ **25**

Dieser Prüfschein darf nur unverändert weiterverbreitet werden.
This test certificate may only be reproduced in unchanged form.

Ort und Datum
Place and date

Bremen, 14.07.2025

Dienstsiegel
Official stamp

Freie Hansestadt Bremen · EICHAMT BREMEN

Im Auftrag
On behalf of

Kupka

Stand: 05.04.2024 / V 04 / PS_Gewichte