

# Eichamt des Landes Bremen

Local Verification Office of Bremen



Freie  
Hansestadt  
Bremen

**DIE BEI DEN MESSUNGEN VERWENDETEN NORMALE SIND AUF DIE NATIONALEN NORMALE BEI DER PHYSIKALISCH-TECHNISCHEN BUNDESANSTALT RÜCKGEFÜHRT.**  
**THE STANDARDS USED FOR THE MEASUREMENTS ARE TRACEABLE TO THE NATIONAL STANDARDS AT THE PHYSIKALISCH-TECHNISCHE BUNDESANSTALT.**

## Prüfschein

Test certificate



### Nummer

Number

HB-25-01252

### Gegenstand

Object

M1-50-kg-Gebrauchsnormale  
zum Prüfen von Waagen der Genauigkeitsklasse III  
Sonderbauform: Gestell groß (Mietgewichte)

### Identifikation

Identification

PM08\_6375, 6377, 6379, 6382, 6383, 6387, 6396 31\_88

### Hersteller

Manufacturer

-

### Antragsteller

Applicant

Eichamt Bremen  
Häschenstraße 14  
28199 Bremen

### Prüfverfahren

Test procedure

Der konventionelle Wägewert wurde durch Vergleich mit den Bezugsnormale-Gewichtstück(en) PM08\_400222\_11A nach Abschnitt 6 der „Gesetzliches Messwesen – Prüfanweisung für Gewichtstücke (GM-P 2.1)“ mittels Substitutionswägemethode bestimmt.

### Ergebnis

Result

Der o. a. Gegenstand entspricht den Anforderungen des Abschnittes 4 der „Gesetzliches Messwesen – Prüfanweisung für nichtselbsttätige Waagen (GM-P 2.3 NSW).“

### Anzahl der Seiten

Number of pages

1

### Ort und Datum der Prüfung

Place and date of testing

Bremen, 11.07.2025 bis 15.07.2025

### Gültigkeit der Prüfung bis

The test is valid until

10.07.2026

### Prüfzeichen

Marking



25

**Dieser Prüfschein darf nur unverändert weiterverbreitet werden.**

**This test certificate may only be reproduced in unchanged form.**

### Ort und Datum

Place and date

Bremen, 15.07.2025

Dienststempel  
Official stamp



Im Auftrag

On behalf of

  
Kupka