

Eichamt des Landes Bremen

Local Verification Office of Bremen



Freie
Hansestadt
Bremen

DIE BEI DEN MESSUNGEN VERWENDETEN NORMALE SIND AUF DIE NATIONALEN NORMALE BEI DER PHYSIKALISCH-TECHNISCHEN BUNDESANSTALT RÜCKGEFÜHRT.
THE STANDARDS USED FOR THE MEASUREMENTS ARE TRACEABLE TO THE NATIONAL STANDARDS AT THE PHYSIKALISCH-TECHNISCHE BUNDESANSTALT.

Prüfschein

Test certificate



Nummer

Number

HB-25-01255

Gegenstand

Object

M1-50-kg-Gebrauchsnorm
zum Prüfen von Waagen der Genauigkeitsklasse III
(Mietgewichte grau)

Identifikation

Identification

PM08_6030 bis 6056 31_88

Hersteller

Manufacturer

-
Eichamt des Landes Bremen
Häschenstraße 14
28199 Bremen

Antragsteller

Applicant

Eichamt Bremen
Häschenstraße 14
28199 Bremen

Prüfverfahren

Test procedure

Der konventionelle Wägewert wurde durch Vergleich mit den
Bezugsnormal-Gewichtstück(en) PM08_400222_11A nach Ab-
schnitt 6 der „Gesetzliches Messwesen – Prüfanweisung für Ge-
wichtstücke (GM-P 2.1)“ mittels Substitutionswägemethode be-
stimmt.

Ergebnis

Result

Der o. a. Gegenstand entspricht den Anforderungen des Ab-
schnittes 4 der „Gesetzliches Messwesen – Prüfanweisung für
nichtselbsttätige Waagen (GM-P 2.3 NSW).“

Anzahl der Seiten

Number of pages

1

Ort und Datum der Prüfung

Place and date of testing

Bremen, 11.07.2025

Gültigkeit der Prüfung bis

The test is valid until

10.07.2026

Prüfzeichen

Marking



25

Dieser Prüfschein darf nur unverändert weiterverbreitet werden.

This test certificate may only be reproduced in unchanged form.

Ort und Datum

Place and date

Bremen, 15.07.2025



Dienststempel
Official stamp

Im Auftrag

On behalf of


Kupka