



DIE BEI DEN MESSUNGEN VERWENDETEN NORMALE SIND AUF DIE NATIONALEN NORMALE BEI DER PHYSIKALISCH-TECHNISCHEN BUNDESANSTALT RÜCKGEFÜHRT.

THE STANDARDS USED FOR THE MEASUREMENTS ARE TRACEABLE TO THE NATIONAL STANDARDS AT THE PHYSIKALISCH-TECHNISCHE BUNDESANSTALT.

## Prüfschein

Test certificate



**Nummer**

Number

HB-24-01213

**Gegenstand**

Object

50-kg-Gewichte, Genauigkeitsklasse M1  
zum Prüfen von Waagen der Genauigkeitsklasse III  
Bauform: Gestell  
Mietgewichte 250-kg-Gestell

**Identifikation**

Identification

PM08\_6391 bis 6395 31\_88

**Hersteller**

Manufacturer

-

**Antragsteller**

Applicant

Eichamt Bremen  
Häschenstraße 14  
28199 Bremen

**Prüfverfahren**

Test procedure

Der konventionelle Wägewert wurde durch Vergleich mit den Bezugsnormal-Gewichtstück(en) PM08\_400122\_11B nach Abschnitt 6 der „Gesetzliches Messwesen – Prüfanweisung für Gewichtstücke (GM-P 2.1)“ mittels Substitutionswägemethode bestimmt.

**Ergebnis**

Result

Der o. a. Gegenstand entspricht den Anforderungen des Abschnittes 4 der „Gesetzliches Messwesen – Prüfanweisung für nichtselbsttätige Waagen (GM-P 2.3 NSW).“

**Anzahl der Seiten**

Number of pages

1

**Ort und Datum der Prüfung**

Place and date of testing

Bremen, 16.07.2024

**Gültigkeit der Prüfung bis**

The test is valid until

15.07.2025

**Prüfzeichen**

Marking



24

Dieser Prüfschein darf nur unverändert weiterverbreitet werden.

This test certificate may only be reproduced in unchanged form.

**Ort und Datum**

Place and date

Bremen, 17.07.2024



Dienststempel  
Official stamp

Im Auftrag  
On behalf of

Kupka