



DIE BEI DEN MESSUNGEN VERWENDETEN NORMALE SIND AUF DIE NATIONALEN NORMALE BEI DER PHYSIKALISCH-TECHNISCHEN BUNDESANSTALT RÜCKGEFÜHRT.

THE STANDARDS USED FOR THE MEASUREMENTS ARE TRACEABLE TO THE NATIONAL STANDARDS AT THE PHYSIKALISCH-TECHNISCHE BUNDESANSTALT.

Prüfschein

Test certificate



Nummer

Number

HB-24-01257

Gegenstand

Object

50-kg-Gewichte, Genauigkeitsklasse M1
zum Prüfen von Waagen der Genauigkeitsklasse III
Bauform: Gestell
Mietgewichte 500-kg-Gestell

Identifikation

Identification

PM08_6370, 6371, 6375, 6376, 6377, 6379, 6382, 6383, 6387,
6396 31_88

Hersteller

Manufacturer

-

Antragsteller

Applicant

Eichamt Bremen
Häschenstraße 14
28199 Bremen

Prüfverfahren

Test procedure

Der konventionelle Wägewert wurde durch Vergleich mit den
Bezugsnormal-Gewichtstück(en) PM08_400122_11A nach Ab-
schnitt 6 der „Gesetzliches Messwesen – Prüfanweisung für Ge-
gewichtstücke (GM-P 2.1)“ mittels Substitutionswägemethode be-
stimmt.

Ergebnis

Result

Der o. a. Gegenstand entspricht den Anforderungen des Ab-
schnittes 4 der „Gesetzliches Messwesen – Prüfanweisung für
nichtselbsttätige Waagen (GM-P 2.3 NSW).“

Anzahl der Seiten

Number of pages

1

Ort und Datum der Prüfung

Place and date of testing

Bremen, 23.07.2024

Gültigkeit der Prüfung bis

The test is valid until

22.07.2025

Prüfzeichen

Marking



24

Dieser Prüfschein darf nur unverändert weiterverbreitet werden.

This test certificate may only be reproduced in unchanged form.

Ort und Datum

Place and date

Bremen, 29.07.2024

Dienstiegel
Official stamp



Im Auftrag

On behalf of

Kupka