



DIE BEI DEN MESSUNGEN VERWENDETEN NORMALE SIND AUF DIE NATIONALEN NORMALE BEI DER PHYSIKALISCH-TECHNISCHEN BUNDESANSTALT RÜCKGEFÜHRT.

THE STANDARDS USED FOR THE MEASUREMENTS ARE TRACEABLE TO THE NATIONAL STANDARDS AT THE PHYSIKALISCH-TECHNISCHE BUNDESANSTALT.

Prüfschein

Test certificate



Nummer

Number

HB-24-01298

Gegenstand

Object

500-kg-Gebrauchsnormale, Genauigkeitsklasse M1
zum Prüfen von Waagen der Genauigkeitsklasse III
Bauform: geschlossener Kasten (Mietgewichte)

Identifikation

Identification

PM08_6700 bis 6706, 6708 bis 6711 31_88
5 bis 11, 13 bis 16

Hersteller

Manufacturer

Spichal

Antragsteller

Applicant

Eichamt Bremen
Häschenstraße 14
28199 Bremen

Prüfverfahren

Test procedure

Der konventionelle Wägewert wurde durch Vergleich mit den Bezugsnormal-Gewichtstück(en) PM08_400522_11B nach Abschnitt 6 der „Gesetzliches Messwesen – Prüfanweisung für Gewichtstücke (GM-P 2.1)“ mittels Substitutionswägemethode bestimmt.

Ergebnis

Result

Der o. a. Gegenstand entspricht den Anforderungen des Abschnittes 4 der „Gesetzliches Messwesen – Prüfanweisung für nichtselbsttätige Waagen (GM-P 2.3 NSW).“

Anzahl der Seiten

Number of pages

1

Ort und Datum der Prüfung

Place and date of testing

Bremen, 05.08.2024

Gültigkeit der Prüfung bis

The test is valid until

04.08.2025

Prüfzeichen

Marking



24

Dieser Prüfschein darf nur unverändert weiterverbreitet werden.

This test certificate may only be reproduced in unchanged form.

Ort und Datum

Place and date

Bremen, 08.08.2024

Dienststempel
Official stamp



Im Auftrag

On behalf of

Kupka