



DIE BEI DEN MESSUNGEN VERWENDETEN NORMALE SIND AUF DIE NATIONALEN NORMALE BEI DER PHYSIKALISCH-TECHNISCHEN BUNDESANSTALT RÜCKGEFÜHRT.
THE STANDARDS USED FOR THE MEASUREMENTS ARE TRACEABLE TO THE NATIONAL STANDARDS AT THE PHYSIKALISCH-TECHNISCHE BUNDESANSTALT.

Prüfschein

Test certificate



Nummer

Number

HB-26-01303

Gegenstand

Object

M1-50-kg-Gebrauchsnormale
zum Prüfen von Waagen der Genauigkeitsklasse III
Mietgewichte, Sonderbauform Gestell groß

Identifikation

Identification

PM08_6370, 6371, 6375, 6376, 6377, 6379, 6382, 6383, 6387,
6396 31_88

Hersteller

Manufacturer

-

Antragsteller

Applicant

Eichamt Bremen
Häsenstraße 14
28199 Bremen

Prüfverfahren

Test procedure

Der konventionelle Wägewert wurde durch Vergleich mit den
Bezugsnormal-Gewichtstück(en) PM08_400122_11A nach Ab-
schnitt 6 der „Gesetzliches Messwesen – Prüfanweisung für Ge-
gewichtstücke (GM-P 2.1)“ mittels Substitutionswägemethode be-
stimmt.

Ergebnis

Result

Der o. a. Gegenstand entspricht den Anforderungen des Ab-
schnittes 4 der „Gesetzliches Messwesen – Prüfanweisung für
nichtselbsttätige Waagen (GM-P 2.3 NSW).“

Anzahl der Seiten

Number of pages

1

Ort und Datum der Prüfung

Place and date of testing

Bremen, 13.07.2026 bis 14.07.2026

Gültigkeit der Prüfung bis

The test is valid until

12.07.2027

Prüfzeichen

Marking



26

Dieser Prüfschein darf nur unverändert weiterverbreitet werden.

This test certificate may only be reproduced in unchanged form.

Ort und Datum

Place and date

Bremen, 17.07.2026

Dienstsiegel
Official stamp



Im Auftrag

On behalf of

Kupka