



DIE BEI DEN MESSUNGEN VERWENDETEN NORMALE SIND AUF DIE NATIONALEN NORMALE BEI DER PHYSIKALISCH-TECHNISCHEN BUNDESANSTALT RÜCKGEFÜHRT.  
THE STANDARDS USED FOR THE MEASUREMENTS ARE TRACEABLE TO THE NATIONAL STANDARDS AT THE PHYSIKALISCH-TECHNISCHE BUNDESANSTALT.

# Prüfschein

Test certificate



**Nummer**

Number

HB-25-01395

**Gegenstand**

Object

M1-500-kg-Gebrauchsnormale  
zum Prüfen von Waagen der Genauigkeitsklasse III  
Bauform: Rollgewicht  
(Mietgewichte)

**Identifikation**

Identification

PM08\_6713, 6717, 6718 31\_88  
19, 23, 24

**Hersteller**

Manufacturer

Weißenburg i. Bay.

**Antragsteller**

Applicant

Eichamt Bremen  
Häschenstraße 14  
28199 Bremen

**Prüfverfahren**

Test procedure

Der konventionelle Wägewert wurde durch Vergleich mit den Bezugsnormal-Gewichtstück(en) PM08\_401022\_11B nach Abschnitt 6 der „Gesetzliches Messwesen – Prüfanweisung für Gewichtstücke (GM-P 2.1)“ mittels Substitutionswägemethode bestimmt.

**Ergebnis**

Result

Der o. a. Gegenstand entspricht den Anforderungen des Abschnittes 4 der „Gesetzliches Messwesen – Prüfanweisung für nichtselbsttätige Waagen (GM-P 2.3 NSW).“

**Anzahl der Seiten**

Number of pages

1

**Ort und Datum der Prüfung**

Place and date of testing

Bremen, 14.08.2025

**Gültigkeit der Prüfung bis**

The test is valid until

13.08.2026

**Prüfzeichen**

Marking



25

Dieser Prüfschein darf nur unverändert weiterverbreitet werden.

This test certificate may only be reproduced in unchanged form.

**Ort und Datum**

Place and date

Bremen, 15.08.2025



**Im Auftrag**

On behalf of

Kupka